

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany*	Punktacja
1	Urządzenie nowe, rok produkcji 2025	TAK		
2	System Holter EKG – 2x rejestrator + oprogramowanie	TAK		
3	Liczba kanałów	min. 3		3 odpr – 0 pkt 12 odpr – 5 pkt
4	Częstotliwość próbkowania	min. 1024 Hz		
5	Czas rejestracji	min. 24 h		24h – 0 pkt min. 48h – 2 pkt min. 72h – 5 pkt
6	Pamięć rejestratora	min. 1 GB		
7	Transmisja danych	USB		USB – 0 pkt USB + BT – 5 pkt
8	Analiza arytmii komorowych i nadkomorowych	TAK		
9	Analiza odcinka ST – niezależnie w każdym kanale	TAK		
10	Analiza HRV – czasowa i częstotliwościowa	TAK		
11	Analiza QT z prezentacją graficzną	TAK		
12	Analiza pracy rozruszników serca	TAK		
13	Trendy 2D i 3D (ST, HRV)	TAK		
14	Generowanie raportów automatycznych	TAK		
15	Drukowanie całego zapisu EKG	TAK		
16	Eksport wyników	PDF, XML, opcjonalnie DICOM		
17	Oprogramowanie diagnostyczne – pełna licencja	TAK		
18	Klucz sprzętowy / licencyjny	TAK		
19	Komplet przewodów EKG	TAK		
20	Elektrody jednorazowe	min. 100 szt.		
21	Futerał / pasek do przenoszenia	TAK		
22	Instrukcja obsługi PL	TAK		
23	Autoryzowany serwis na terenie kraju	TAK		
24	Dostępność części zamiennych	min. 8 lat		
25	Czas reakcji serwisu	max. 240h		max 240 h - 0 pkt max 144 h - 3 pkt max 48 h - 5 pkt

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania = 20
* Wszystkie pola w kolumnie 4 muszą zostać wypełnione: albo poprzez wpisanie słowa TAK jako potwierdzenie parametru wymaganego, albo poprzez wpisanie konkretnego parametru

podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela